

作成日 令和 6年 6月10日

令和 6年度 施行

人工透析機器保守点検委託(その1)

(公立芽室病院 事務局総務係)

公示用

人工透析機器保守点検委託(その1)

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	摘 要
1 DAB-Si交換部品(別紙仕様書)		1	式		
2 DAD-70Si交換部品(別紙仕様書)		1	式		
3 微粒子除去フィルター(別紙仕様書)		1	式		
4 DBB-100NX交換部品(別紙仕様書)		2	式		
5 DCS-200Si交換部品(別紙仕様書)		8	式		
6 作業工賃		60	分		
7 交通宿泊費		1	式		
8 諸経費		1	式		
小	計				
再	計				
消 費 税	10 %				
合	計				

仕 様 書

1 DAB-S i 交換部品

【内訳】

品名	数量
(1) 給水電磁弁	
ア メンテナンスキット2 V01-003612	1
(2) 原液電磁弁	
ア バルブ (ソノブレイド) V01-195B00	2
イ ポペットバルブ組立 X04-504W00	2
ウ リング (Oリング) R01-036B14	2
エ ホース触手 H02-500A00	2
オ ホース触手 H02-497A03	2
(3) 原液注入ポンプ	
ア 原液注入ポンプ (メンテナンスキット) X66-006000	1
イ ポペットバルブ組立 X04-504W00	8
ウ リング (Oリング) R01-036B14	8
エ シール (キャップシール) S03-015A01	8
オ リング (Oリング) R01-036B38	4
カ ブロック (スライダ) X60-009B00	2
キ ベアリング (テープ) B07-069A00	4
ク ギアヘッド組立 X01-058911	2
(4) 背圧弁	
ア ダイアフラム D03-027A00	3
(5) サンプバルブ	
ア サンプルポート (メンテナンスキット) X66-006100	1
イ リング (Oリング) QB2401-P14-F4D	2
ウ ガスケット G02-146A00	2
エ ロッド (サンプル口) X60-050A00	2
オ スプリング S02-212A00	2
(6) 送液ポンプ	
ア ポンプヘッド P05-001221	1
(7) 貯槽	
ア フィルタ (エアー) F03-053B01	1
(8) 薬液注入	
ア バルブ (三方 常温) V01-263B00	4
イ キット V01-149B01-K1	1
ウ 背圧弁組立 (薬液) X01-089300	1
(9) 薬液注入ポンプ	
ア ダイアフラム D03-031A00	1
イ ハウジング (薬液ポンプ) H03-316B00	1
(10) 逆止弁	
ア 逆止弁組立 (ポペット) X05-866W00	1
(11) 薬液漏れ検知器	
ア 薬液漏れ検出器組立 X01-049000	1
(12) 周辺部品	
ア バッテリー B17-073B01	1
イ フィルタ (ファン用 スポンジ大) F03-073A00	1
ウ フィルタ組立 (マル5) X01-001501	2
エ フィルタ組立 (マル8) X01-001401	2
オ ホースバンド (Φ20用) B02-000101	1

2 DAD-70Si 部品交換

【内訳】

品名	数量
(1) フィッティング組立・洗浄アダプタ	
ア ガスケット (メンテナンスキット) X66-006600	1
イ ガスケット (洗浄アダプタ A) G02-251A00	1
ウ ガスケット (洗浄アダプタ B) G02-250A00	1
エ ガスケット (A) G02-238A00	1
オ ガスケット (B) G02-239A00	1
キ バンド (ホースバンド) <ナグラスホースバンド> B02-069A07	4
(2) 攪拌ポンプ	
ア ポンプヘッド P05-001121	2
(3) 原液加圧ポンプ	
ア ポンプ (マグポンCH08) P05-119A00	2
(4) 溶解槽・貯槽	
ア フィルター (エアー) F03-053B01	2
(5) 薬液消毒	
ア 薬液消毒部 (メンテナンスキット) X66-006300	1
イ 電磁弁 (ノーマルオープン) V01-282B00	1
ウ 背圧弁組立 (薬液) X01-089300	1
エ 背圧弁組立 (薬液) X01-103500	1
オ 漏れ検出電極組立 X07-096W01	2
カ バンド (ホースバンド) ナグラスホースバンド B02-069A17	1
(6) 薬液注入ポンプ	
ア メンテナンスキット P05-137B11	1
(7) 減容カッター	
ア カッター X07-707W00--R1	1
(8) ベルト	
ア ベルト B09-000103	1
(9) 周辺部品	
ア バッテリー B17-073B01	1
イ フィルタ (ファン用 スポンジ大) F03-073A00	1
ウ プレフィルタ F03-090B12	1
エ HEPA フィルタ F03-090B22	1
オ バルブ (ソレノイド) V01-207B00	2

3 微粒子除去フィルター×2本

【内訳】

品名	数量
(1) その他	
ア 微粒子除去フィルター FFO3-HFL-FUS1041 M40F10-0	2

4 DBB-100NX 交換部品×2台

【内訳】

品名	数量
(1) DBB-100NX 交換部品×2 PMキット6000Cポート	
ア PMキット (DBB-100NX 6000Cポート) X66-004100	2
イ フィルタ組立 (Φ2.5 平板型) X06-370W00	4
ウ 入口接手組立 X06-113W01	4
エ 出口接手組立 X06-113W01	4
オ キャップシール S03-006A00	8

カ	リング R01-036B11	4
キ	リング (P7) R01-200A04	4
ク	フィルタ組立 (Φ6.5) X01-001301	2
ケ	カップリング本体 (赤) C06-000101	2
コ	カップリング本体 (青) C06-000102	2
サ	ガスケット (本体側) G02-001400	2
シ	逆止弁組立 X08-024W00	2
ス	ネームプレート (ネジ目隠し) P21-298A01	2
セ	ガスケット (透析液ポート接手用) G02-004700	2
ソ	フィルタ組立 (Φ5) X01-001501	2
タ	ポペットバルブ組立 X04-504W00	8
チ	リング (S16) R01-036B14	8
ツ	キャップシール S03-015A01	4
テ	ブロック (スライダ) X60-009B00	2
ト	入口接手組立 X06-113W01	2
ナ	出口接手組立 X06-113W02	2
ニ	キャップシール S03-00500	2
ヌ	薬液ボトル組立 (NACLO) X07-354W01	2
ネ	薬液ボトル組立 (酢酸) X07-354W02	2
ノ	薬液ライン (NACLO) X08-113W01	2
ハ	薬液ライン (酢酸) X08-113W02	2
ヒ	フィルタ (ファン用) F03-073A00	4
(2)	周辺部品	
ア	バッテリー B17-073B01	2

5 DCS-200Si 交換部品×8台

【内訳】

品名		数量
(1)	PMキット6000Cポート	
ア	PMキット (DCS-200Si6000Cポート) X66-005300	8
イ	フィルタ組立 (Φ8.0) X01-001401	8
ウ	フィルタ組立 (Φ6.5) X01-001301	8
エ	カップリング本体 (赤) C06-000101	8
オ	カップリング本体 (青) C06-000102	8
カ	ガスケット (本体側) G02-001400	8
キ	逆止弁組立 X08-024W00	8
ク	ネームプレート (ネジ目隠し) P21-298A01	8
ケ	ガスケット (ノブ側) G02-004700	8
コ	ポペットバルブ組立 X04-504W00	32
サ	リング (S16) R01-036B14	32
シ	キャップシール S03-015A01	16
ス	ブロック (スライダ) X60-009B00	8
セ	入口接手組立 X06-113W01	8
ソ	出口接手組立 X06-113W02	8
タ	キャップシール S03-000500	8
チ	フィルタ組立 (Φ2.5平板型) X06-370W00	8
ツ	フィルタ組立 (Φ2.5平板型) X06-370W01	8
テ	ガスケット G02-217A00	8
ト	リング R01-000601	8
ナ	キャップ X60-019500	8
ニ	フィルタ (ファン用) F03-073A00	16